

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VTM VIỆT NAM**

Số: 09.16/BG-VTM

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----***-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2025

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá, trang thiết bị chuyên dụng

Công ty Cổ phần VTM Việt Nam là đơn vị Tư vấn cấu hình, thông số kỹ thuật trang thiết bị y tế, hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu nhận báo giá hàng hoá, trang thiết bị để tham khảo và xây dựng danh mục, cấu hình kỹ thuật thiết bị y tế cho Dự toán mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2025 của Bệnh viện Phục hồi chức năng;

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá, trang thiết bị chuyên dùng có khả năng và nhu cầu cung ứng hàng hoá thiết bị đề nghị cung cấp báo giá với các nội dung như sau:

- Tên hàng hoá, ký mã hiệu, hãng sản xuất/ hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hoá thiết bị (bao gồm cả quy cách đóng gói) các vật tư, sinh phẩm, hóa chất mà đơn vị đề xuất cung cấp.
- Cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác chứng minh thông số kỹ thuật
- Cung cấp các chứng chỉ tiêu chuẩn ISO, EC, FDA... của sản phẩm (nếu có).
- Giá báo giá cụ thể của hàng hóa, ghi rõ thuế xuất giá trị gia tăng.
- Giấy phép lưu hành/ giấy phép nhập khẩu (nếu có)
- Thời gian bảo hành của hàng hóa.

Thời hạn nhận báo giá: Từ 16/09/2025 đến trước 18h00, ngày 26/09/2025

Hình thức nhận báo giá:

- **Nhận trực tiếp tại địa chỉ:** Công ty Cổ phần VTM Việt Nam. Địa chỉ: 15/255 Đường Hoàng Mai, TP Hà Nội;

- **Nhận trực tuyến tại địa chỉ:** Email: congtycophanvtm@gmail.com

Mọi thắc mắc liên hệ: anh Hà Văn, số ĐT: 097 106 2286

Yêu cầu chào giá: 01 bộ hồ sơ bản cứng hoặc bản mềm(file qua Email).

Trên đây là một số nội dung yêu cầu chào giá, kính mong các đơn vị có khả năng và nhu cầu cung cấp trong thời gian sớm nhất.

Danh mục thiết bị xin báo giá được đính kèm công văn này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải tại địa chỉ: <https://vtm.pro.vn/>

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hương

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THIẾT BỊ

*Kèm theo báo giá số: 09.16/BG-VTM, ngày 16 tháng 09 năm 2025 của
Công ty Cổ phần VTM Việt Nam*

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng
1	Giường bệnh nhân (nhựa có điều chỉnh)	Cái	59
2	Máy điện xung – điện phân	Máy	2
3	Máy siêu âm trị liệu	Máy	4
4	Máy xét nghiệm sinh hóa (≥ 120 test/giờ)	Hệ thống	1
5	Máy điều trị bằng sóng xung kích	Máy	2
6	Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ	Cái	1
7	Thiết bị tập hoạt động trị liệu bằng phương pháp phản hồi sinh học	Bộ	1
8	Máy laser điều trị (công suất cao)	Máy	1
9	Tủ nấu parafin tự động	Cái	1

PHỤ LỤC 2
YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN
Kèm theo báo giá số: 09.16/BG-VTM, ngày 16 tháng 09 năm 2025 của
Công ty Cổ phần VTM Việt Nam

1. Giường bệnh nhân (nhựa có điều chỉnh)

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung
	Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001 hoặc tương đương
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	Cấu hình yêu cầu - Giường kèm 01 tay quay điều chỉnh góc của phần đầu (lưng) - Bánh xe chống ồn 5 inc, có phanh: 04 chiếc - Đầu và bảng chân ABS, có thể tháo rời 1 bước: 01 bộ - Thanh chắn 2 bên: 02 chiếc - Đệm: 01 cái - Cọc truyền: 01 cái - Tủ đầu giường: 01 cái - Bảng tên: 01 chiếc

2. Máy điện xung - điện phân

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung
	- Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V($\pm \leq 10\%$), 50Hz, phù hợp với nguồn điện tại Việt nam - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	Cấu hình yêu cầu - Máy chính: 01 máy - Dây điện cực: 01 bộ

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
	- Điện cực (size người lớn): 04 chiếc - Miếng bọc điện cực (size người lớn): 04 chiếc - Dây co giãn: 01 chiếc - Xe đẩy: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Thông số kỹ thuật: Số kênh đầu ra: ≥ 2 kênh

3. Máy siêu âm trị liệu

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung
	- Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V($\pm \leq 10\%$), 50Hz, phù hợp với nguồn điện tại Việt nam - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	Cấu hình yêu cầu - Máy chính: 01 máy - Đầu phát siêu âm: 01 cái - Gel siêu âm: 01 lọ - Giá đỡ đầu dò: 01 cái - Xe đẩy mua tại Việt Nam: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Yêu cầu thông số kỹ thuật: Siêu âm đa tần: 1Hz và 3 Hz

4. Máy xét nghiệm sinh hóa (≥ 120 test/giờ)

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
	- Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V($\pm \leq 10\%$), 50Hz, phù hợp với nguồn điện tại Việt nam - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	Cấu hình yêu cầu - Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Máy tính: 01 bộ - Máy in: 01 chiếc - Bộ lưu điện: 01 bộ - Hóa chất chạy thử: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Yêu cầu thông số kỹ thuật: - Chung loại: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động - Hệ thống mở: có thể sử dụng hóa chất của nhà sản xuất khác - Tốc độ tối đa: ≥ 120 test/giờ

5. Máy điều trị bằng sóng xung kích

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung
	- Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V($\pm \leq 10\%$), 50Hz, phù hợp với nguồn điện tại Việt nam - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	Cấu hình yêu cầu - Thân máy chính - Tay cầm đầu phát sóng xung kích: 01 cái - Bộ đầu phát gồm 3 chiếc kích thước : 01 bộ

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
	- Đỡ (đế) tay cầm: 01 chiếc - Bàn đạp chân: 01 chiếc - Nắp silicon: 04 chiếc - Gel: 01 chai - Dây nguồn: 01 chiếc - Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ

6. Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung
	- Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V($\pm \leq 10\%$), 50Hz, phù hợp với nguồn điện tại Việt nam - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	Cấu hình yêu cầu: - Máy chính: 01 chiếc - Giỏ/rọ đựng vật hấp: 3 cái - Dây nguồn: 01 cái - Dây nối đất: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Yêu cầu thông số kỹ thuật: - Dung tích bên trong tủ: $\geq 100L$

7. Thiết bị tập hoạt động trị liệu bằng phương pháp phản hồi sinh học

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung
	- Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V($\pm \leq 10\%$), 50Hz, phù hợp với nguồn điện

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
	tại Việt nam - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	Cấu hình yêu cầu - Cảm biến - Dây đai cảm biến kích thước khác nhau cho từng vị trí: 03 chiếc - Cáp sạc: 01 chiếc - Phần mềm xử lý dữ liệu: 01 bộ - Máy tính: 01 bộ - Màn hình (tivi): 01 chiếc

8. Máy laser điều trị (công suất cao)

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung
	- Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V($\pm \leq 10\%$), 50Hz, phù hợp với nguồn điện tại Việt nam - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	Cấu hình yêu cầu Máy chính kèm màn hình cảm ứng và bộ phụ kiện tiêu chuẩn gồm: - Tay cầm đầu phát laser: 01 chiếc - Xe đẩy chính hãng: 01 chiếc - Cánh tay laser (điều trị rãnh tay) - Kính bảo vệ: 02 chiếc - Công tắc chân: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ Yêu cầu thông số kỹ thuật: - Bước sóng laser: tối thiểu có 3 bước sóng là 1064+808+1120nm

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
	- Công suất: $\geq 24W$

9. Tủ nấu parafin tự động

TT	Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật
1	Yêu cầu chung
	- Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V($\pm \leq 10\%$), 50Hz, phù hợp với nguồn điện tại Việt nam - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam
2	Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản
	Yêu cầu cấu hình - Tủ chính: 01 cái - Giá để khay nén: 01 bộ - Khay nén sấy: 20 cái - Dây nguồn: 01 cái - Dây nối đất: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Yêu cầu thông số kỹ thuật Dung tích bên trong tủ: $\geq 120L$